

PROCED. ASOCIADO LOG001	ANEXO N° 1	
TÍTULO: Instrucciones de envío de muestras para análisis del laboratorio de Alimentos		REVISIÓN 4

Análisis	Cantidad Mínima	Recomendaciones
<ul style="list-style-type: none"> - ANE - 2,4,6TBA - 2,4,6TCA (en líquidos) - HAL (halofenoles) - EFG (4 etil fenol - 4 etil guayacol) 	50ml	Enviar dato de grado alcohólico. Si se solicitan otros análisis, enviar envase independiente del resto, con el menor espacio de cabeza posible. Para instrucciones de toma de muestra ver Anexo 2. Los envases deberán ser de vidrio, salvo para el caso de EFG que pueden ser de vidrio o plástico.
<ul style="list-style-type: none"> - Alcoholes (GC) - Perfil aromático aceite esencial (PAO - ALD) - Geosmin 	50ml	Si se solicitan otros análisis, enviar envase independiente del resto, con el menor espacio de cabeza posible. Los envases deberán ser de vidrio, <i>preferentemente color caramelo cuando solicita PAO.</i>
Perfil aromas de manzana (PAM) t-2,c-4-DECADIENOATO DE ETILO (aroma pera)	20ml 20ml	Si se solicitan otros análisis, enviar envase independiente del resto, con el menor espacio de cabeza posible.
ADU - OLI - CB - CBM	10g	
FTALATOS	20ml	Instrucciones: Enviar en envase de vidrio y si la tapa fuera de plástico colocar papel de aluminio recubriendo la misma pero asegurando el cierre hermético del envase.
Aguas para metales totales y disueltos	Metales Disueltos: 250ml Metales totales: 250 ml	Instrucciones de la toma de muestra: Enjuagar el envase 3 veces con el agua a muestrear. En ambos casos llenar hasta el tope los envases. Se deberán guardar a 4°C
Muestras para anhídrido sulfuroso y acidez volátil	250 g	Enviar la muestra en envases herméticos.
Jugos y pulpas de frutas y hortalizas	250 g	
Insumos industriales	300 g	
Alimentos envasados (latas, frascos)	2 envases	
Grado Alcohólico (Vinos)	1 litro	Enviar los envases con el menor espacio de cabeza.
Muestras de jugos bebibles	500 ml	
Frutas Frescas		Muestras de productos de origen vegetal para Análisis de Agroquímicos y Químicos. Consultar LOG001 – Anexo4
Micotoxinas	-	Se recomienda la cantidad mínima de toma de muestra establecida en el LOG 001 - Anexo 9